Приборы для экспресс-анализа качества ГСМ

Тип	Назначение	Диапазон (погрешность)	Габариты, мм прибор/датчик	Масса, кг, не более	Цена, т.руб без НДС	Срок поставки, месяц
СИМ-3Б (АК-3Б)	Измерение октанового числа (марки) бензина и определение марки дизельного топлива – лабораторный вариант (экспресс-метод)	72-89 (моторный метод) 72-98 (исследоват. метод) ±0,5 октановой ед.	210x200x65/ диаметр(Ø)50, высота(h) 115	1,8	15,5	1
СИМ-3БП (АК-3БП)	То же (переносной вариант)	То же	170x70x30/ Ø 50, h 115	0,4	12,5	1
СИМ-4 (АК-4)	Измерение массовой доли воды в нефтепродуктах(диэлькометрический метод)	0,01-2,00 % ±10 %	210x200x65/ Ø50, h 115	1,8	18,4	1
СИМ-5Д (АК-5Д)	Измерение температуры вспышки в закрытом тигле	17-164 ºС ±5 ºС	280x160x240	6,0	54	2-3
СИМ-5М (АК-5М)	Измерение температуры вспышки в открытом тигле	74-274 ºС ±5 ºС	280x160x170	5,0	52	2-3
СИМ-6 (АК-6)	Измерение содержания серы в светлых нефтепродуктах (бензин, керосин, дизельное топливо) ГОСТ 19121	0,01-1,00 % погрешность не более 15 %	300x340x180	10	64	2-3
СИМ-3 (АК-3)	Определение марки автотракторных масел	-	210x200x65/ Ø50, h 115	1,8	24	1,5
СИМ-7 (АК-7)	Измерение плотности (бензин, керосин, дизельное топливо, моторные и автотракторные масла) уз-метод	0,6 - 1 г/см^3 ±0,0005 г/см^3	200x260x60/ 70x80x120	3,7	56	2-3
СИМ-8 (АК-8)	Измерение кинематической вязкости по ГОСТ 33-2000	3,69 - 9,78 мм^2/с ±1,2% Диапазон рабочих темп. термостата 20-100 ºС; ±0,1 ºС	400x200x370	6,5	66	2-3
СИМ-10 (АК-10)	Определение фракционного состава по ГОСТ 2177	30 - 370 ºС ±10 %	450x530x400	8	58	2
СИМ-11 (АК-11)	Измерение температуры застывания с сосудом Дьюара до минус 57 ºС	Не менее минус 57 ºС	200x320x180/ Ø386, h 855	10	72	2
СИМ-12 (АК-12)	Измерение массовой доли механических примесей (экспресс-метод)	0,0024 - 0,111 % ±10 %	210x200x65/ Ø110, h 70	1,6	32	1
Передвижная лаборатория «КЛАН-1» на базе а/м ГАЗЕЛЬ	Измерение параметров нефтепродуктов				2 300	4

Примечание – В случае изготовления приборов для применения в условиях передвижной лаборатории стоимость приборов увеличивается на 35 %.

Дополнительную информацию, описание приборов и внешний вид можно посмотреть на сайте http://mir-iz.narod.ru/

Справки: Клековкин Иван Владимирович т/ф (383) 210-12-65 т. 229-75-18 E-mail: klekovkin@sniim.nsk.ru Сот. 8-923-243-19-01
Шувалов Геннадий Владимирович, т. (383) 210-17-26 E-mail: shuvalov@sniim.nsk.ru Сот. 8-913-939-24-82